

При заказе диагностических средств следует указать следующие характеристики.

1. Тип диагностического средства (обязательно).

ЗАО «ДиаНа» в настоящее время поддерживает два основных контрольно-диагностических комплекса: «ДиаНа-192М» (комплекс функционального контроля и диагностики с числом каналов 192) и «ДиаНа-Экспресс» (контроль и диагностика системы ЧПУ и электроавтоматики объекта управления с использованием эмуляции интерфейса).

2. Состав программного обеспечения (только для комплекса «ДиаНа-192М»).

В комплект поставки могут входить следующие пакеты программного обеспечения (в произвольной комбинации): СИНТЕЗ ТЕСТОВ (интерактивная подготовка контролирующих тестовых последовательностей с использованием эталонного блока), ЭМУЛЯТОР (интерактивная подготовка контролирующих тестовых последовательностей с использованием встроенных эмуляторов интерфейсов различных типов систем ЧПУ) и ДИАГНОСТИКА (интерактивная система подготовки диагностической информации для программно-управляемого пробника).

3. Пакет контролирующих тестов (только для комплекса «ДиаНа-192М»).

ЗАО «ДиаНа» в настоящее время поддерживает два основных пакета контролирующих тестов: «ДиаНа-CNC» (содержит набор контролирующих тестов на блоки, входящие в состав системы числового программного управления «ДиаНа-CNC») и ADVANTECH (содержит набор контролирующих тестов на блоки PCL-725, PCL-726, PCL-733, PCL-734, PCL-832, PCL-833 компании Advantech).

4. Количество диагностических комплексов (обязательно).

5. Дополнительные сведения (если необходимо).

В этом пункте Заказчик может указать специфические требования, не вошедшие в пунктах 1...4.